

**Asiakastiedote**  
**79/2024**  
**25.11.2024**  
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

## Allergiatutkimuksessa Chilipippuri (f279) tuotantokatko ja tuotevirhe

**AllIgE, Chilipippuri (f279)**

**S -ChilipE      ATK 5207**

**AllIgE, Paprika (f218)**

**S -PaprikE      ATK 5122 (STT: 9440)**

ImmunoCAP™ allergeenin f279 (chilipippuri) tuotannossa on havaittu valmistusvirhe arviolta vuodesta 2020 lähtien. ImmunoCAP allergeenin f279 (chilipippuri) valmistuksessa on käytetty tuotetiedoissa ilmoitetun pensaspaprikan (*Capsicum frutescens*) sijasta paprikaa (*Capsicum annuum*).

Valmistajan vertailututkimuksien mukaan tulokset *C. annuum* ja *C. frutescens* lajien välillä ovat yhtenevät eikä valmistusvirhe vaikuta testituloksiin.

Raakamateriaalin huonon saatavuuden takia Chilipippuri (f279) ImmunoCAP-allergeenin toimituksessa on toimituskatko eikä tarkkaa toimituspäivää ole tällä hetkellä saatavilla.

Chilipippuri ristireagoi paprikan kanssa, joten suosittelemme korvaamaan väliaikaisesti Chilipippuri (f279) IgE-määrittämisen paprika (f218) IgE-määrittämisellä. Meille saapuvat S -ChilipE (f279) -pyynnöt vaihdamme automaattisesti S -PaprikE (f218) -pyynnöiksi.

Ilmoitamme, kun S -ChilipE on jälleen tilattavissa.

Linkki allergeenitietokantaan:

<https://www.thermofisher.com/phadia/wo/en/resources/allergen-encyclopedia/f279.html>

Muutos astuu voimaan heti.

Kiitos yhteistyöstä.

### Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi